



RADIM Deutschland GmbH, Oltmannsstraße 11, 79100 Freiburg
Tel. +49 761 4581-0 . Fax +49 761 4581-199 . info.deutschland@radim-diagnostics.de . www.radim.com
Geschäftsführer: Jörg Schlösser . Amtsgericht Freiburg HRB 4714

**LYPHOCHEK IMMUNOASSAY PLUS CONTROL
Level 1, 2 und 3**

Immunoglobulin E
ALLERgenA TOTAL IgE 2000, Code RA1007

Lot: **40380**

Verfalldatum: 31.08.2022

Level	Mittelwert kIU/L	Bereiche kIU/L	
1 - 40381	537	270	804
2 - 40382	167	114	220
3 - 40383	114	85	143