



RADIM Deutschland GmbH, Oltmannsstraße 11, 79100 Freiburg
Tel. +49 761 4581-0 . Fax +49 761 4581-199 . info.deutschland@radim-diagnostics.de . www.radim.com
Geschäftsführer: Jörg Schlösser . Amtsgericht Freiburg HRB 4714

LYPHOCHEK IMMUNOASSAY PLUS CONTROL
Level 1, 2 und 3

Immunoglobulin E
ALLERgen A TOTAL IgE

Lot: **40410**

Verfalldatum: 30.09.2024

Level / Lot	Mittelwert kIU/L	Bereiche kIU/L	
1 - 40411	396	199	592
2 - 40412	93	133	52
3 - 40413	116	64	167